

## **EQUIPO DE EXPANSION DE ESCORIAS NORMA EN 1744-1**

### **23.0112**

Equipo de expansión (hinchamiento) de escorias, según norma EN 1744-1, con 2 comparadores analógicos y soportes.

El equipo consta de un baño de acero con aislamiento, con dos vasijas en inoxidable para ebullición y control automático del nivel para mantener un nivel constante del agua. Igualmente dispone de un sistema eléctrico regulable para su calentamiento. Incluye dos moldes de ensayo con la base perforada y dos sobrecargas superiores

El equipo deberá ser conectado a una red continua de agua.

Sistema controlado por microprocesador. Conexión 400 V 50 Hz, trifásica + N + tierra. 4 Kw.



### **COMPLEMENTOS OPCIONALES PARA EL EQUIPO 23.0112**

#### **23.0112-1**

Equipo de adquisición de datos para la ref. 23.0112 que consiste en 2 transductores de 25 x 0.01 mm con interface RS-232 para conexión a PC, así como de un software para el registro automático de los datos durante el ensayo.

Se requiere un PC con Windows, en línea, para almacenamiento de los datos el cual podrá ser aportado por el usuario. Conexión 230 V 50 Hz.

**EI PC PUEDE SER APORTADO POR EL USUARIO**

#### **23.0112-3**

Papel de filtro de 240 mm de d. paquete de 100 piezas.